CADIAX® Compact 2

キャディアックス コンパクト 2

HAKUSUI

シンプルでスピーディ
下顎運動をリアルタイムに把握でき、
初期診断に役立てることができます。

ルーティーンに計測ができ、日々の診療に
気軽に使用していただけます。

下顎運動がリアルタイムに見える

パソコンは別途必要です。



4つの下顎運動が測定可能

前方後退運動、左・右側方運動、
開口／閉口運動をそれぞれ3つまで
計測できます。
4つの下顎運動と咬合器の顆路角※1などの
設定を一枚のシートにプリントアウト
できます。

※1　任意の咬合器に限られます。

Sagittal Condylar Guidance Reference® SL

Inlay	Right			Left		
	3rd mm	5th mm	10th mm	3rd mm	5th mm	10th mm
Straight	**•65°**	64°	51°	70°	63°	40°
Convex	59°	**•60°**	**•55°**	**•65°**	**•60°**	**•44°**
Retrusive	Blue	Yellow	Yellow	Black	Black	Black

Transversal Condylar Guidance Reference® SL

	Right			Left		
	3rd mm	5th mm	10th mm	3rd mm	5th mm	10th mm
WHITE	**•9°**	**•9°**	**•7°**	**•6°**	**•4°**	**•2°**
YELLOW	0°	0°	0°	0°	0°	0°
RED	0°	0°	0°	0°	0°	0°
BLUE	0°	0°	0°	0°	0°	0°

GAMMA DENTAL

キャディアックスコンパクト 2

CADIAX Compact 2

計測は専用のレコーディングソフトウェアで行い、各運動をそれぞれ3回まで保存することが可能です。
また、キャディアックスコンパクトソフトウェアを使えば、更に細かな分析が可能になります。
フェイスボウの取り付けは簡単にでき、ルーティーンに下顎運動計測を行うことができます。

フェイスボウの取付方法

患者にトレークラッチを設置します。

アッパーフェイスボウを取り付けます。

リテンションストラップを留めます。



ロウアーフェイスボウを取り付けます。



左右のフラッグを取り付けます。

左右のスタイラスを取り付けます。



器械を取り付けたところ。



各運動計測を行います。



CADIAX® Analysis

Patient: Test, Patient
Date of birth: 1982 1 1
Sex: male
Remarks:
Articulator: Reference® SL

Protrusion	Protrusion/Retrusion	2009/08/28 155.0 110.0
Mediotrusion Left	Mediotrusion Left	2009/08/28 155.0 110.0
Mediotrusion Right	Mediotrusion Right	2009/08/28 155.0 110.0
Selected curve(s):	Open/Close	2009/08/28 155.0 110.0

Sagittal Condylar Guidance Reference® SL

Inlay	Right			Left		
	3rd mm	5th mm	10th mm	3rd mm	5th mm	10th mm
Straight	•65°	64°	51°	70°	63°	40°
Convex	59°	•60°	•55°	•65°	•60°	•44°
Retrusive	Blue	Yellow	Yellow	Black	Black	Black

Transversal Condylar Guidance Reference® SL

	Right			Left		
	3rd mm	5th mm	10th mm	3rd mm	5th mm	10th mm
WHITE	•9°	•9°	•7°	•6°	•4°	•2°
YELLOW	0°	0°	0°	0°	0°	0°
RED	0°	0°	0°	0°	0°	0°
BLUE	0°	0°	0°	0°	0°	0°

CADIAX® compact Sheet

電源コード不要!!

※USBバスパワーのためパソコンから電力供給
PC本体のUSBバス電源供給機能性能により、一部機種において別途電力供給を必要とする場合があります。

サイズもコンパクト になりスペースをとりません。

4つの顎運動と任意の顎位の
2点間距離計測（CPM）ができます。

前方後退運動、左右側方運動、
開閉口運動を左図のようにまとめて
印刷することができます。

また、計測データより咬合器の
顆路角なども印刷されます。

GAMMA
DENTAL
SOFTWARE

ソフトウェア

Software

キャディアックスコンパクト2には、レコーディングソフトウェアが含まれています。
前方後退、左右側方、開閉口運動のそれぞれのデータを3つまで計測できます。
2点間距離計測（CPM）は最大10回まで計測できます。プリントアウトも可能です。



キャディアックスコンパクト ソフトウェア

CADIAX Compact software

キャディアックスコンパクトソフトウェアを使用することでデータ管理が便利になります。
治療前後のデータ比較、アニメーション表示、数値分析などの様々な機能を利用することができます。



CADIAX® Compact 2

キャディアックスコンパクト2

レコーディングソフトウェア

パソコン推奨スペック

- CPU 700MHz以上
- メモリ 512MB以上
- USB2.0ポート 2つ以上の空き
- ハードディスク 1GB以上の空き
- OS　WindowsXP SP3以上

キャディアックスコンパクト2 本体

フラッグ x 2
スタイラス x 2

USBケーブル

フットスイッチ

フェイスボウ



リファレンスABフェイスボウ



ロゥアーフェイスボウ
トレークラッチスモール

その他関連品

咬 合 器

リファレンスSL咬合器

Sleプログラムセット



ユニバーサルジョイント(左)
(※フェイスボウサポートは別途必要)
バイトフォークパーシャル用(右)



ディスタンスブロック
マウンティングプレート



リファレンスバイトフォークサポート(左)
リファレンスボウサポート(右)



ソフトウェア

キャディアックスコンパクトソフトウェア

管理医療機器 特定保守管理医療機器 医療機器認証番号 221AGBZX00099000　「キャディアックス」は、ガンマ社の登録商標です。

GAMMA DENTAL
ガンマ社（オーストリア）

白水貿易株式会社
〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロスタ12F ☎(03)5217-4618
〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
http://www.hakusui-trading.co.jp/